


声学计量技术规范预审会审查表

项目名称	空气耦合超声换能器发射特性测试技术规范（激光层析法）	
审查形式	会审 ☒	会议时间：2026. 7. 14 地点：苏州
	函审 ☐	函审时间： /
预审会 具体修改意见	审查组认真审查了技术规范起草材料，听取了起草组的汇报，进行了逐条审查，更正了文字表述中不确切的内容，提出了修改意见： 1) 技术规范名称修改为“空气耦合超声换能器发射特性测试技术规范（激光层析法）”，同步修改英文名称。 2) 3. 1声束直径 定义中“选择比最大值低若干分贝（3dB或6dB）” 根据文中实际情况该数值明确为3 dB, 删掉6 dB规定。 3) 6. 2测量标准及其他设备 明确激光测振仪、数据采集器的技术要求。 4) 7. 2. 2 声场特性参数的测试 修改测试装置框图，提升直观性。 5) 其他文字性修改。	
审查结论	审查组认为： 该征求意见稿编写符合编写要求，技术内容完善，具有可操作性；编制说明、意见汇总表、不确定度分析、验证试验报告等技术资料完整，内容符合要求，同意起草组按审查意见修改后提报秘书处按规定程序组织征求意见； 责任专家：  2026年7月14日	

