

声学计量技术规范预审会审查表

项目名称	试听室声学特性测试技术规范	
审查形式	会审 ☒	会议时间：2026. 7. 14 地点：苏州
	函审 ☐	函审时间： /
预审会 具体修改意见	审查组认真审查了技术规范起草材料，听取了起草组的汇报，进行了逐条审查，更正了文字表述中不确切的内容，提出了修改意见： 1) 删除“2 引用文件”中标准“IEC/TR 60268-13”； 2) 将“3. 2. 4 隔声量”修改为“3. 2. 4 声压级差”； 3) 将“5. 3 背景噪声”中“A计权声压级”修改为“A计权时间平均声级”； 4) 将“5. 4 表观隔声量”修改为“5. 4 隔声性能”，“计权表观隔声量”修改为“计权标准化声压级差”； 5) 将图1中混响时间测量装置与声频信号发生器之间的连接线修改为虚线； 6) 在图2~图5中“测量放大器”修改为“声分析仪”； 7) 其他必要文字修改。	
审查结论	审查组认为： 1. 该征求意见稿编写符合编写要求，技术内容完善，具有可操作性；编制说明、意见汇总表、不确定度分析、验证试验报告等技术资料完整，内容符合要求，同意起草组按审查意见修改后提报秘书处按规定程序组织征求意见； 责任专家：（签字）  2026年7月14日	