# 声学计量技术规范预审会审查表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">实验室标准传声器（自由场互易法）检定规程</td></tr>
<tr><td rowspan="2">审查形式</td><td>会审 ☑</td><td>会议时间：2026.11.01　地点：线上会议</td></tr>
<tr><td>函审 ☐</td><td>函审时间：　　/</td></tr>
<tr><td>预审会<br>具体修改意见</td><td colspan="2">审查组认真审查了技术规范起草材料,听取了起草组的汇报，进行了逐条审查，更正了文字表述中不确切的内容，提出了修改意见：<br>1）更新GB 3102.7声学的量和单位信息，补充IEC 61094-3：2016等标准信息；<br>2）修改术语出处，补充计量单位部分相应内容；<br>3）修改完善计量标准器及主要配套设备的信息；<br>4）补充通用技术要求的具体信息；<br>5）条目7.3.3自由场灵敏度级频率响应移至检定前检查部分；<br>6）根据声学分析仪替换的系统构成，重新梳理检定步骤；<br>7）补充传声器声中心和空气衰减系数20kHz以上的数据。<br>8）其它必要文字修改。</td></tr>
<tr><td>审查结论</td><td colspan="2">审查组认为：<br>该征求意见稿编写符合编写要求，技术内容完善，具有可操作性；编制说明、意见汇总表、不确定度分析、验证试验报告等技术资料完整，内容符合要求，同意起草组按审查意见修改后提报秘书处按规定程序组织征求意见；<br><br>责任专家：（签字）<br><br>2026年11月03日</td></tr>
</table>