声学计量技术规范预审会审查表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">磁致伸缩法超声导波检测仪校准规范</td></tr>
<tr><td rowspan="2">审查形式</td><td>会审 ☑</td><td>会议时间：2026.11.5　地点：线上</td></tr>
<tr><td>函审 □</td><td>函审时间：　　/</td></tr>
<tr><td>预审会
具体修改意见</td><td colspan="2">审查组认真审查了技术规范起草材料，听取了起草组的汇报，进行了逐条审查，更正了文字表述中不确切的内容，提出了修改意见：
1) 规范引用文件增加团体标准T/CSTM 004230—2022；
2) 术语部分删减和调整；
3) 概述部分建议补充导波仪检测系统组成图；
4) 计量特性中删除预热后的稳定性指标，明确各计量特性的量化指标，由“满足制造厂设计要求”修改为对应的允差、限值等；
5）测量标准及其他设备中部分标准要求过高，调整测量标准的技术指标要求；
6）7.2.1 外观检查和7.2.2预热后的稳定性修改为“7.2.1 校外观及工作正常性检查”；
7）修改图2设备通用设置的输入输出箭头的方向。
8）完成其余文字、格式类完善调整。</td></tr>
<tr><td>审查结论</td><td colspan="2">审查组认为：
该征求意见稿编写符合编写要求，技术内容完善，具有可操作性；编制说明、意见汇总表、不确定度分析、验证试验报告等技术资料完整，内容符合要求，同意起草组按审查意见修改后提报秘书处按规定程序组织征求意见。

责任专家：（签字）

2026年11月5日</td></tr>
</table>