声学计量技术规范预审会审查表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">机器听觉芯片声学性能测试技术规范</td></tr>
<tr><td rowspan="2">审查形式</td><td>会审 ☑</td><td>会议时间：2026.11.02　地点：线上会议</td></tr>
<tr><td>函审 ☐</td><td>函审时间：　　/</td></tr>
<tr><td>预审会

具体修改意见</td><td colspan="2">审查组认真审查了技术规范起草材料,听取了起草组的汇报，进行了逐条审查，更正了文字表述中不确切的内容，提出了修改意见：
1）英文名称中的hearing改为audition；
2）范围部分对芯片算法的规定应更严谨。
3）术语部分确认噪声定义的必要性，并核实出处。
4）6.1环境条件中相对湿度范围应缩小。高湿环境和干燥环境均会对芯片测试产生影响。
5）在7.2.2、7.2.3和7.2.4增加频率响应、总谐波失真和信噪比的计算公式，增加规范的连贯阅读性；
6）修改通道一致性的测试框图,使其体现多通道特性；修改测试步骤表述，兼顾每个通道的测试。
7）附录B测量不确定度评定中细化测量模型
8）其它必要文字修改。</td></tr>
<tr><td>审查结论</td><td colspan="2">审查组认为：

该征求意见稿编写符合编写要求，技术内容完善，具有可操作性；编制说明、不确定度分析、验证试验报告等技术资料完整，内容符合要求，同意起草组按审查意见修改后提报秘书处按规定程序组织征求意见；

责任专家：（签字）

2026年11月02日</td></tr>
</table>